

УТВЕРЖДАЮ
Директор по производству
ООО «Сибстекло»
Глинчиков В.А.
«31/08» 2019г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На закупку оборудования лабораторного ИД-65 (истиратель дисковый)

для подготовки проб стекла и сырьевых материалов

при проведении химического анализа

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Наименование основных данных
1	Основание для закупки оборудования	Бюджет инвестиций 2019г – модернизация оснащения ХЛ
2	Наименование промышленной площадки объекта	г. Новосибирск ул. Даргомыжского 8А
3	Наименование объекта	Химическая лаборатория Дирекция по производству
4	Цель задания	Сокращение затрат рабочего времени на подготовку проб при проведении анализов по химическому составу стекла и сырьевых материалов
5	Требование к оборудованию	1. Крупность материала исходных проб, мм - не более 2 мм 2. Крупность материала конечных проб, мм – не более 0,044 3. Производительность истирателя до крупности 0,044мм – не менее 0.6кг/ч 4. Материал измельчительных дисков – <u>карбид кремния</u>
6	Сроки реализации проекта	IV квартал 2019г.

Составил:

Начальник химлаборатории

Согласовано:

Главный технолог


26.09.19

О.Н. Прищепа


30.08.19.

Никитин А.В.